

Barometer



Sensorspezifikationen

Sensorbereich:	24–32 Zoll Hg
Genauigkeit:	±0,03 Zoll Hg
Auflösung:	0,001 Zoll Hg
Max. Abtastrate:	20 Abtastwerte/Sekunde
Standardabtastrate:	1 Abtastwert/Sekunde
Betriebstemperatur:	0–40 °C
Bereich der relativen Feuchte:	5–95 %, nicht kondensierend*

*Kondensation am Gerät beeinträchtigt die Leistung.

Auf Schaltfläche Start klicken, um Daten aufzunehmen

Datensätze umschalten


Daten speichern

Daten öffnen

Graph drucken

Beenden und weiter mit DataStudio

EZscreen verlassen



EZscreen Aufgaben:

Druckaufnahme:	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start in der oberen linken Bildschirmecke. Hinweis: Mit EZscreen können Sie Daten bis zu 2 Stunden lang aufnehmen.
Ändern der Maßeinheiten:	Klicken Sie auf das Symbol Barometer in der unteren rechten Bildschirmecke.
Skalieren zum Anpassen der Daten:	Doppelklicken Sie auf den Graphen, um die Daten zu skalieren.
Export der Daten in DataStudio:	Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden und weiter mit DataStudio .

Schnellstart für Barometer

Das Barometer Barometer misst den Luftdruck in Zoll Quecksilbersäule (Hg), Hektopascal (hPa) und Millibar (mb).

Zusätzlich benötigte Komponenten

- PASPORT™ Messsystem (USB-Link, **Xplorer** usw.) mit USB-kompatiblen Computer
- EZscreen oder DataStudio® Software (Version 1.5 oder neuer)

Geräteeinstellungen

1. Schließen Sie das PASPORT-Messsystem an einen USB-Anschluss Ihres Computers oder an einen USB-Hub an. Wenn ein **Xplorer** im Unterrichtsraum als Messsystem verwendet wird, schließen Sie das **Xplorer**-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Schließen Sie den Sensor an das PASPORT-Messsystem an.
3. Die Software startet, wenn sie einen PASPORT-Sensor erfasst. Wählen Sie im PASPORTAL-Bildschirm eine Zugangsweise aus.



Nur elektronische Arbeitsmappen, die diesen Sensor verwenden, erscheinen.


EZscreen Barometer

EZscreen Experiment

Zur Messung des Luftdrucks im Unterrichtsraum starten Sie EZscreen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, um Daten aufzunehmen.

DataStudio- Experiment

Mit Hilfe von DataStudio kann das Barometer den Luftdruck während einer 24–48-stündigen Zeitspanne messen und so bei Wetterbeobachtungsexperimenten verwendet werden.



Barometerdaten während eines 3-tägigen Wochenendes

pH-Wert-Sensor



Sensorspezifikationen

Sensorbereich:	0–14
Genauigkeit:	±0,1 pH
Auflösung:	0,01 pH
Max. Abtastrate:	50 Abtastwerte/Sekunde
Standardabtastrate:	5 Abtastwerte/Sekunde
Sensorpflege:	Wenn sich Blasen am Elektrodenkolben bilden, die Elektrode behutsam abwärts schütteln, bis die Blasen verschwinden.
Sensoraufbewahrung:	Die pH-Elektrode in ihrem Ablagebehälter aufbewahren, wenn sie nicht verwendet wird. Die Lagerlösung besteht aus einer 50:50-Mischung aus 4-molarer Kaliumchloridlösung und pH-4-Pufferlösung.
Sensorverwendung:	NICHT in Perchlorat-, Silber-, Sulfid- oder Fluorwasserstofflösungen sowie in konzentrierten Lösungen mit mehr als 1 Mol Gehalt oder bei Temperaturen über 50 °C verwenden.



Schnellstart für pH-Wert

Der pH-Wert-Sensor misst die Hydroniumionen-konzentration in einer Lösung und meldet sie als pH-Wert.

Zusätzlich benötigte Komponenten

- PASPORT Link-Vorrichtung (USB-Link, Xplorer usw.)
- EZscreen oder DataStudio™ Software (Version 1,6 oder neuer)
- Destilliertes oder entionisiertes Wasser und eine Spülflasche

Geräteinstellungen

1. Schließen Sie die PASPORT Link-Vorrichtung an einen USB-Anschluss Ihres Computers oder an einen USB-Hub an.
2. Schließen Sie die pH-Elektrode an den Sensor an.
3. Schließen Sie den Sensor an eine PASPORT Link-Vorrichtung an.
4. Die Software startet, wenn sie einen PASPORT-Sensor erfasst. Wählen Sie im PASPORTAL-Bildschirm eine Zugangsweise aus:
 - eine Aktivität im Fenster Arbeitsmappe,
 - EZscreen oder
 - DataStudio.



Auf Schaltfläche Start klicken, um Daten aufzunehmen

Datensätze umschalten

Daten speichern

Daten öffnen

Graph drucken

Beenden und weiter mit DataStudio

EZscreen verlassen



EZscreen Spezifikationen

EZscreen Bereich:	0–14 pH
Aufnahmezeit:	bis zu 2 Stunden
Skalieren zum Anpassen:	Doppelklicken Sie auf den Graphen, um die Daten zu skalieren.
Steigungs-Tool:	Zeigt X,Y-Koordinaten und Steigung für einen Punkt auf dem Graphen an
Export in DataStudio:	Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden und weiter mit DataStudio

EZscreen pH-Wert

EZscreen Experiment

1. Halten Sie mehrere Flüssigkeiten zur pH-Prüfung bereit. Vorgeschlagen werden u.a.: Obstsaft, Essig, Milch, Wasserproben, kohlenstoffhaltige Getränke, Kaffee usw.
2. Halten Sie die pH-Sonde in eine Flüssigkeitsprobe und klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, um mit der Aufnahme des pH-Werts zu beginnen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp**.
4. Entnehmen Sie die Sonde aus der Flüssigkeit und spülen Sie sie mit destilliertem oder entionisiertem Wasser ab.
5. Wiederholen Sie Schritte 2–4 für jede Flüssigkeit.
6. Kategorisieren Sie jede Flüssigkeit aufgrund der pH-Daten als Säure, Base oder neutral.

Einstellung und Kalibrierung

Kalibrierungsverfahren für: **pH-Wert-Sensor PS-2102**

- Erforderliche Komponenten:
- 2 Normallösungen mit bekannten pH-Werten.
 - DataStudio-Software oder ein PASCO Messdatenspeicher.

DataStudio Kalibrierung

Bei Verwendung eines Computers führen Sie eine **Zwei-Punkt-Kalibrierung mit Hilfe der DataStudio-Software** durch:

1. Klicken Sie im PASPORTAL-Fenster **Einstellungen** auf die Schaltfläche **Kalibrieren**.
2. Geben Sie den bekannten pH-Wert der ersten Normallösung in das Textfeld ein.
3. Halten Sie den pH-Wert-Sensor in die erste Pufferlösung.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellen**.
5. Wiederholen Sie Schritte 2–4 für die zweite Normalpufferlösung.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Zusatzinformationen

Der pH-Wert-Sensor ist äußerst empfindlich. Ein Messwert von 25 $\mu\text{S}/\text{cm}$ für eine Probe mit reinem Wasser ist problemlos innerhalb des Toleranzbereichs. In einer typischen Unterrichtsumgebung ist reines Wasser schwer zu finden. Mit der Zeit kann selbst der Behälter die Proben verunreinigen. Es ist wichtig, die Größenordnung und den Bereich dieser Messung zu verstehen, um sinnvolle Urteile aufgrund der pH-Messwerte zu treffen.

Lösung	Wert
Reines Wasser	7,0
Essig	3,0
Haushaltsammoniak	

Kalibrierung des PASPORT Messdatenspeichers

Bei Verwendung eines eigenständigen Messdatenspeichers:

1. Schalten Sie den Messdatenspeicher ein und stecken Sie einen Sensor ein.
2. Drücken Sie auf **Anzeige**, bis der Bildschirm **Kalibrieren** erscheint.
3. Drücken Sie auf die **Häkchen**-Taste.
4. Drücken Sie auf die **Tabulator**-Taste, um die Stellen zu durchlaufen.
5. Verringern oder erhöhen Sie jede Ziffer mit Hilfe der - oder + Knöpfe, bis die Anzeige dem Wert der ausgewählten Normalprobe entspricht.
6. Halten Sie den pH-Wert-Sensor in die erste Pufferlösung.
7. Drücken Sie auf die **Häkchen**-Taste.
8. Wiederholen Sie Schritte 4–7 für die zweite Pufferlösung.